

# DIÁRIO OFICIAL



## MUNICIPIO DE BEBEDOURO

<http://sp.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/bebedouro/>

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017

Objeto: Registro de Preços para a Aquisição de Seringa Descartável para Insulina, Tira Reagente para Detecção de Glicemia Capilar e Lanceta Descartável, para o Departamento Municipal de Saúde.

### EXTRATO DA SESSÃO DE DELIBERAÇÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PERTINENTE AO EDITAL Nº 45/2017 DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2017, DO TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM", PROCESSO Nº 69/2017.

De posse da **solicitação de esclarecimentos** apresentada pela requerente, procedeu-se à análise das questões arguidas pela mesma, entendendo o Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos ao setor requisitante, tendo em vista que os questionamentos apontados na solicitação referem-se às questões plenamente técnicas, que fogem à área de sua atuação, para que o setor se manifestasse, no sentido de esclarecer as questões abordados pela requerente.

Em resposta, o **Departamento Municipal de Saúde**, setor requisitante, através de sua Diretora a **Dra. Sônia Maria Vidolin Junqueira Franco**, enviou **OFÍCIO 0173 - FML/DMS**, e assim se manifestou:

#### OFÍCIO ESPECIAL – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE OFÍCIO 0173 - FML/DMS

#### ASSUNTO: RESPOSTA OFÍCIO 0067/2017 - OESL

Com meus atenciosos cumprimentos, venho por meio deste, esclarecer o questionamento da empresa **MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ Nº 05.343.029/0001-90.

- Quanto ao Descritivo, “faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, não poderá ser alterado devido as seguintes razões:

Conforme lei 8.666/93, que em sua seção IV, das compras, garante a definição de padrões de qualidade.

\*A variação do hematócrito pode causar grandes erros na medição da glicemia quando medido por glicosímetro. O sangue é composto por plasma e células, bem como a percentagem de glóbulos vermelhos é o hematócrito. Os glóbulos vermelhos, no entanto, não são comuns entre as células do organismo em que contém quantidades significativas de glicose intracelular. Como exemplo um valor de glicose no plasma 100 mg / dl, a glicose nas células vermelhas é de aproximadamente 70 mg / dl. A glicose no sangue total com um hematócrito de 44 é de aproximadamente 88 mg / dl, mas o valor a um hematócrito de 66 seria de 80 mg / dl e a um hematócrito de 22 seria 94 mg / dl. Esta variação deve-se unicamente à contribuição alterada dos glóbulos vermelhos para todo o valor sangue. O nível de hematócrito é maior em homens do que em mulheres e maior ainda em crianças. Outro fator que afeta o hematócrito é a idade. Com a idade, o valor do hematócrito varia, mas nunca superior aos 70%. Hematócrito é a percentagem do volume total do sangue correspondente aos glóbulos vermelhos e é uma medida cada vez mais importante para efeitos clínicos. Conforme estudos recentes os sistemas tiras reagentes e glicosímetro em algumas marcas e modelos produzem resultados errôneos por não conseguirem medir a glicemia quando o hematócrito está baixo (ex.: pacientes anêmicos) ou quando o hematócrito está alto (ex.: pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

\*Quanto a exigência técnica de que a enzima reagente da Tira Reagente seja de **10 a 600 mg**, pelos seguintes motivos de que os exames de glicemia não sofra interferências com substâncias analgésicas, antitérmicas e vitaminas de uso comuns dos pacientes, temos na literatura e nas bulas de vários produtos, e portanto dos próprios fabricantes de tiras reagentes, a informação de tais limitações de leitura e alertas de não usar.

Como é sabido pelos profissionais de saúde as superdoses podem interferir em testes de glicose. Estas interferências têm valor importante nas leituras de resultados de glicemia porque podem modificar a decisão de dosagem insulínica, devido os falsos resultados, que devem ser evitados. São considerados entre 0,3 a 2 mg/dl no sangue de pacientes sem ingestão de suplementos de vitamina C.

Algumas medicamentos afetam a porcentagem de hematócrito. As pessoas que estão tomando antibióticos como a penicilina e cloranfenicol têm um maior risco de desenvolver anemia, o que poderia reduzir o hematócrito.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade, para mais uma vez, apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Nestes termos pede DEFERIMENTO.

Em face das manifestações expostas, o Pregoeiro acreditando ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, ordenou a publicação desta deliberação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município disponibilizada no site oficial do município: [www.bebedouro.sp.gov.br](http://www.bebedouro.sp.gov.br), ordenando ainda a expedição das respectivas notificações via correio "carta registrada", bem como, via correio eletrônico "e-mail" da requerente e das demais empresas que porventura tenham retirado o Edital da Licitação em referência, comunicando a presente deliberação.

Bebedouro, vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezessete.

**Paulo Eduardo Martins**  
**Pregoeiro**

Consoante aos termos da deliberação proferida, que adoto como fundamento, no uso de minhas atribuições legais, **RATIFICO** a r. deliberação, em atendimento aos princípios licitatórios e constitucionais.

Bebedouro, vinte e seis de junho do ano de dois mil e dezessete.

**Fernando Galvão Moura**  
**Prefeito Municipal**