

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00029 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE			PIS/PASEP:	
CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11			INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...	
ENDEREÇO: ENDEREÇO			NÚMERO: 000	BAIRRO: BAIRRO
CIDADE: CIDADE	UF: SP	CEP: 00000-000	FONE:	
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/04/2018 ÀS 15:00 HS.			ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/04/2018 ÀS 15:00 HS.	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL			PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.	
ITEM	QUANT.	UN. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA

1	1	UN APARELHO DE VIDEOLAPAROSCOPIA		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
MICRO-CAMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, COM 03 SENSORES DE IMAGEM (CCD OU CMOS). COM CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE MINIMA 03 LUX CONEXAO COMPATIVEL COM OTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNCAO PARA AJUSTE DE COR BRANCA E CONEXOE SDE SAIDA DE VIDEO COMPATIVEL COM FULL HD. COMPRIMENTO DO CABO DO CABECOTE DE NO MINIMO 3,0 METROS E ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. FONTE DE ILUMINACAO LED, COM POTENCIA COMPATIVEL PARA A APLICACAO CONJUNTA COM A CAMERA OFERTADA EM PROCEDIMENTOS BARIATRICOS.POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, CONTADOR DE HORAS COM INDICADOR DE FIM DE VIDA UTIL. ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. MONITOR DE VIDEO DE LED DE GRAU MEDICO DE NO MINIMO 24 POLEGADAS,COM RESOLUCAO MINIMA DE 1920 X 1200 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VIDEO COMPATIVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGEM NS. ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. INSUFLADOR DE CO2 QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MINIMO 0 A 40 LITROS/MINUTO.PERMITIR AJUSTE DE PRESSAO CONTINUO DE NO MINIMO 0 A 25 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GAS NO CILINDRO,PRESSAO NO PACIENTE, FLUXO DE GAS E VOLUME DE GAS. DOTAÇÃO DE CIRCUITO DE SEGURANCA INTERNO,PARA ALTA E BAIXA PRESSAO DO CILINDRO E DE CIRCUITO DE SEGURANCA PARA SOBRE PRESSAO DA CAVIDADE ABDOMINAL COM VALVULA DE ALIVIO E ALARME SONORO E VISUAL. MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLAVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLACAO DE CO2 AO PACIENTE E MANGUEIRA DE CONEXAO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO2. COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVAVEL. ALIMENTACAO ELETRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ. 02 CABOS DE FIBRA OPTICA DE NO MINIMO 2 METROS COMPATIVEL COM A OTICA E CAMERA.02 ENDOSCÓPIOS RIGIDOS AUTOCLAVAVEL,COMPATIVEL COM A IMAGEM FULL HD,VISAO FORO OBLIQUA DE 30GRADOS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTAO, TRANSMISSAO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIAMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MINIMO DE 31 CM. RACK/ARMARIO,TORRE,ADEQUADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO E MOVIMENTACAO DOS EQUIPAMENTOS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O CILINDRO DE CO2 POSSUIR PORTA FRONTAL E TRASEIRA, RODÍZIOS EMBORRACHADOS E COM FREIOS. DEVE ACOMPANHAR AS CAIXAS DE ESTERILIZACAO DAS ÓTICAS E UMA CAIXA COMPLETA PARA VIDEO,CONTENDO 01 CANULA DE INSERÇÃO					

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

PRACA JOSE STAMATO SOBRINHO , 00045 - CENTRO

C.N.P.J - 45.709.920/0001-11

PREGAO 00029 / 2018

Proposta Comercial - Anexo I

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EMPRESA LICITANTE

CPF/C.N.P.J.: 45.709.920/0001-11

ENDEREÇO: ENDEREÇO

CIDADE: CIDADE

UF: SP

NÚMERO: 000

CEP: 00000-000

PIS/PASEP:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...

BAIRRO: BAIRRO

FONE:

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ DIA 26/04/2018 ÀS 15:00 HS.

ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 26/04/2018 ÀS 15:00 HS.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO DE ENTREGA: CONF.EDIT.

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS	MARCA GARANTIA	VALOR UNITÁRIO VALIDADE DA PROPOSTA	VALOR TOTAL
			UFLACAO DE VERESS 120MM, 02 TROCATEURS DE 10MM COM VALVULA TORNEIRA, 02 TROCATEURS DE 5MM COM VALVULA TORNEIRA, 01 TROCATER DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA ,01 EXTRATOR DE APENDICE E REDUTOR 10MM/5MM, 01 CA -NULA DE DISSECAO COM GANCHO DE ANGULO RETO, 01 PI NCA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESICULA 36CM, 01 PI NCA DE APREENSAO 2X4 DENTES 36CM, 01 PINCA DE APRE ENSAO FENESTRADA ESPECIAL VESICULA 36CM, 01 PINCA DE DISSECCAO MARYLAND 36CM, 01 TESOURA CURVA SERR ILHADA CRUZADA 36CM, 01 APLICADOR DE CLIPS MEDIUM LARGE 10MM 36CM,01 CABO DE DIATERMIA, 01 VÁLVULA PARA TUBO DE IRRIGACAO E ASPIRACAO, 01 TUBO PARA I RRGACAO E ASPIRACAO 5MM 36CM, 01 TUBO DE IRRIGACA OE ASPIRACAO 10MM 36CM, 01 TUBO DE ASPIRACAO E IR RIGACAO COM PONTA AGULHA 5MM 36CM E 01 CONTAINER PARA ESTERILIZACAO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS. GARANTIA DE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES.			
2	1	UN	MESA DE MAYO CONFECACAO EM ACO INOXIDAVEL.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
3	3	UN	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO; AUSCULTADOR DE ACO INOXIDAVEL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
4	2	UN	LARINGOSCOPIO ADULTO COMPOSICAO COM 05 LAMINAS DE ACO EM INOX GARANTIA 12 MESES.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
5	2	UN	ESTETOSCOPIO INFANTIL AUSCULTARDOR DE ACO INOXIDAVEL; TIPO DUPLO; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
6	2	UN	CARRO DE EMERGENCIA CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICACAO CONFECACAO ESTRUTURA/GABINETE ACO PINTADO/ACO INOX NAO POSSUIR CILINDRO DE OXIGENIO POSSUIR SUPORTE PARA CILINDRO POSSUIR SUPORTE DE SORO POSSUIR NO MINIMO 04 GAVETAS POSSUIR SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUIR TABUA DE MASSAGEM POSSUIR REGUA DE TOMADAS		R\$ 0,0000	R\$ 0,00
7	1	UN	LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPOSICAO DE 03 (TRES) LAMINAS ACO INOX; GARANTIA 12 (DOZE) MESES.		R\$ 0,0000	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO EXISTE FATO QUE IMPEÇA NOSSA EMPRESA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSIM COMO NÃO EXISTEM FATOS QUE DESCUMPREM O DISPOSITIVO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

DATA: __/__/__

ASS./CARIMBO: _____