

Assunto **Re: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 008/2021**
De <licitacao@bebedouro.sp.gov.br>
Para Jenifer Lara <jenifer.lara@macrosul.com>
Data 14/04/2021 11:50



Bom dia

De posse da **solicitação de esclarecimentos** apresentada pela requerente, procedeu-se à análise das questões arguidas pela mesma, entendendo o Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos ao setor requisitante, tendo em vista que os questionamentos apontados na solicitação referem-se às questões plenamente técnicas, que fogem à área de sua atuação, para que o setor se manifestasse, no sentido de esclarecer as questões abordados pela requerente.

Em resposta, foram esclarecidos as questões abordadas pela empresa **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**, no qual a Secretaria Municipal de Saúde, setor requisitante, assim se manifestou:

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 008/2021
Data: 14/04/2021 09:58
De: dms.contasmedicas@bebedouro.sp.gov.br
Para: licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Bom dia,

Referente ao solicitado via e-mail.

Os itens relacionados no pregão eletrônico 08/2021, é proveniente da portaria do Ministério da Saúde 3186/2021. Os requisitos e descrição de cada equipamento já vem definido pelo Ministério da Saúde na proposta de trabalho, em se tratando de programa estabelecido pelo mesmo, não podendo o município fazer quaisquer alterações.

Com a publicação da Portaria nº 3.186, publicada em 26 de novembro de 2020, o incentivo financeiro tem como objetivo apoiar medidas de estruturação e adequação dos seguintes ambientes de atendimento às grávidas:

- . Sala de parto.
- . Centro Obstétrico
- . Alojamento Conjunto e Unidade Neonatal para prover a monitorização hemodinâmica, suporte de ventilação mecânica às gestantes com intercorrências obstétricas, suporte ventilatório e controle da hipotermia aos recém-nascidos prematuros, garantindo o cuidado seguro e de qualidade.

Desde já agradeço.
Atenciosamente

Kelly Pereira
Setor de Convênios da Secretaria de Saúde.

Em face da manifestação exposta, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
Divisão de Despesas - Setor de Licitação
e-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
telefone: (17)3345-9100
Ramais: 9116 - 9135 - 9137

Em 13/04/2021 16:44, Jenifer Lara escreveu:

Boa tarde

Solicito resposta do esclarecimento para darmos andamento no processo.

Aguardo retorno

Att.

Jenifer Lara

departamento de licitações
(41) 2102-8344 | Ramal 8314



De: Jenifer Lara
Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2021 16:25
Para: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 008/2021

Boa tarde

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico 008/2021

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021
DA EMPRESA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ: 95.433.397/0001-11
TELEFONE: (41) 2102-8344 – JENIFER LARA

Gostaríamos de esclarecer alguns fatos quanto à descrição solicitada para o item.

Item 05 – Detector Fetal

Após análise da descrição solicitada, **há ausência de alguns parâmetros importantes deste equipamento, na qual são fundamentais para a utilização e essenciais para auxiliar o profissional** no momento da análise e captação dos batimentos cardíacos fetais. Tais condições poderão oferecer prejuízos ao órgão com equipamentos defasados e tecnologia ultrapassada, em virtude da insuficiência de parâmetros. **Por se tratar de um equipamento hospitalar de análise deverá possuir os parâmetros principais mínimos**, até para fins de compreensão da necessidade do solicitante.

Por sermos participantes do programa de cadastros de Emendas Federais Parlamentares Procot/Sigem, através de consultas aos técnicos, o mesmos nos orientam em relação ao descritivo, que podem haver melhorias desde que sejam parâmetros para um equipamento melhor e sem alteração de valores.

Inclusive as sugestões do Ministério da Saúde foram atualizadas, desta forma foi adotada o modelo de mesa que possui melhores funcionalidades para realizar o exame.

Sendo assim sugerimos a seguinte especificação:

DETECTOR FETAL TIPO DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL COM DISPLAY COLORIDO PARA VISUALIZAÇÃO NÚMERICA E ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL / PORTA USB: POSSUI/ ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL/ ENTRADA PARA FONE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM: POSSUI.

Neste descritivo diversas marcas poderão atender, pois os parâmetros são mínimos, ou seja equipamentos com tecnologia superior poderão ofertar também. E se acatar nossa sugestão não sofrerá alteração de valores aprovados para os itens.

Item 11 – Cardiotocógrafo

Após análise da descrição solicitada, **há ausência de alguns parâmetros importantes deste equipamento, na qual são fundamentais para a utilização e essenciais para auxiliar o profissional** no momento da análise e captação dos batimentos cardíacos fetais. Tais condições poderão oferecer prejuízos ao órgão com equipamentos defasados e tecnologia ultrapassada, em virtude da insuficiência de parâmetros. **Por se tratar de um equipamento hospitalar de análise deverá possuir os parâmetros principais mínimos**, até para fins de compreensão da necessidade do solicitante.

Por sermos participantes do programa de cadastros de Emendas Federais Parlamentares Procot/Sigem, através de consultas aos técnicos, o mesmos nos orientam em relação ao descritivo, que podem haver melhorias desde que sejam parâmetros para um equipamento melhor e sem alteração de valores.

Sendo assim sugerimos a seguinte especificação:

CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL COM IMPRESSORA INTEGRADA, GESTAÇÃO GEMELAR C/ SUPORTE. DISPLAY LCD TOUCHSCREEN COLORIDO NO MÍNIMO 7". ALÇA INTEGRADA PARA TRANSPORTE E LUZES INDICADORAS DE RITMO CARDÍACO (ESTÁVEL OU INSTÁVEL). IMPRESSÃO EM TEMPO REAL, NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO FORMATO A4. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PROGRAMÁVEL: 1,2,3 CM/MIN. BOTÃO MARCADOR DE EVENTOS, REGISTRO DE MOVIMENTOS FETAIS. PAINEL DE CONTROLE INTERATIVO COM TECLAS DE MEMBRANA COM FUNÇÕES E ATALHOS. MEMÓRIA DE APROXIMADAMENTE 70H DE ARMAZENAMENTO. ACOMPANHA SISTEMA MULTI CENTRAL DE MONITORAMENTO FETAL SEM FIO PARA ATÉ 16 LEITOS. BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2H. SAÍDA RS232 OU USB. SOFTWARE PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR PARA ARQUIVAMENTO DE EXAMES.

Neste descritivo diversas marcas poderão atender, pois os parâmetros são mínimos, ou seja equipamentos com tecnologia superior poderão ofertar também. E se acatar nossa sugestão não sofrerá alteração de valores aprovados para os itens.

Diante dos fatos apresentados solicitamos as devidas alterações.

Att.

Jenifer Lara

departamento de licitações

(41) 2102-8344 | Ramal 8314

