



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 15/08/2022

PAGINA 1

PEDIDO - N. 007015 /2022-01

FORNECEDOR: 16418 HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME CNPJ: 17.737.428/0001-14 TELEFONE 43 3341 0006
ENDEREÇO : AVENICA CELSO GARCIA CID 1523 LONDRINA PR FAX 43 3341 0006
BAIRRO : CENTRO0

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 UN	099.00070.0152-01 APARELHO ECO CARDIOGRAMA. Equipamento transportavel sobre rodizios com no m inimo de 22000 canais digitais de processamento p ara oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatomico. Modo Power Doppler, Modo Co lor Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Con tinuo. Modo 2D. Console ergonomico com teclas pro gramaveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecno logia de reducao de ruido e artefatos, zoom Read/ Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visao em imagens com transdutor linear. Imagem Harmonica: funcao com aplicacao p ara todos os transdutores. Imagem Harmonica de Pu lso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo C olor Doppler. Modo Dual Live: divisao de imagem e m tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tem po real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler E spectral. Modo Doppler Continuo. Tissue Doppler I maging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de calculos especificos. Pacote de calculo simples. Tecla que permite ajustes rapidos da i magem, otimizando automaticamente os parametros p ara imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisao de tela em no minimo 1,2 e 4 imagens para visualiza cao e analise de imagens em Modo B, Modo M, Modo power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisao dupla de tela com combinacoes de Modos. S oftware de imagem panoramica com capacidade de re alizar medidas. Software de analise automatica em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso as imagens salvas para pos-analise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. C ine loop e Cine Loop Save. Pos-processamento de m edidas. Pos-processamento de imagens. Banco de pa lavras em Portugues. Monitor LCD ou LED com no mi	E00025 /2022	100.000,0000	100.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 15/08/2022

PAGINA 2

PEDIDO - N. 007015 /2022-01

FORNECEDOR: 16418 HOSPITRONICA-COM.DE EQUIP.MEDIC.HOSP.LTDA ME CNPJ: 17.737.428/0001-14 TELEFONE 43 3341 0006
ENDERECO : AVENICA CELSO GARCIA CID 1523 LONDRINA PR FAX 43 3341 0006
BAIRRO : CENTRO0

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		<p>nimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais , banda larga.</p> <p>HD ou SSD interno de no minimo 500 GB. 04 portas USB no minimo. Minimo de 03 portas ativas para tr ansdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3. 0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, S torage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MP PS (Modality Performance Procedure Step), Structu red Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para ar mazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD r egravavel, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Pa drao Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automatica. Gravacao de imagens em pen dr ive. Impressao direta. Pelo menos 32 presets prog ramaveis pelo usuario. Acompanhar os seguintes tr ansdutores banda larga multifrequenciais: Transdu tor Convexo que atenda as frequencias de 2.0 a 5. 0 MHz; Transdutor Endocavitario que atenda as fre quencias de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequencias de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequencias de 2.0 a 4.0 MHz. Acessorios: Impressora a laser colori da, no break compativel com o equipamento. Tensao de acordo com a entidade solicitante.</p> <p>FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 3000142 AQUISICAO ECOCARDIOGRAMA - RES SS MARCA VINNO/X1 GARANTIA CONF.EDIT.</p>			



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça José Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

DATA 15/08/2022

PAGINA 3

Orgão : 06.02.00 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Condição de Pagamento: CONFORME EDITAL
Prazo de Entrega : CONF.EDIT.
Local de Entrega : AV. RAUL FURQUIM, 2010 - HOSPITAL M.BEBEDOURO
Observações : PREGÃO ELETRÔNICO 25/2022
Requisições : 30186/2022
Empenhos : 12743/2022

TOTAL PEDIDO -> 100.000,00

RESPONSÁVEL : PAULO SÉRGIO GARCIA SANCHEZ