

Assunto **Re: Solicitação de esclarecimento pregão presencial Nº 31/2022**  
De <licitacao@bebedouro.sp.gov.br>  
Para Licitacao <licitacao@bebedouro.sp.gov.br>  
Cópia Licitação Centerlab <licitacao@centerlabsp.com.br>  
Data 06/07/2022 17:07



Boa tarde

De posse do **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** apresentado pela requerente, procedeu-se à análise da questão arguida pela mesma, entendendo o Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos ao setor requisitante, tendo em vista que o pedido se tratava de questões técnicas relacionadas ao objeto da licitação, que fogem à área de sua atuação, para que o setor se manifestasse, no sentido de esclarecer todas a questão abordada pela requerente.

Em resposta, foram esclarecidas as questões abordadas pela empresa, na qual a Secretaria Municipal de Saúde, através do Laboratório Municipal, setor requisitante, assim se manifestou:

----- Mensagem original -----

**Assunto:**A/C Eduardo . Sérgio - Laboratório Municipal  
**Data:**06/07/2022 14:15  
**De:**dms.laboratorio@bebedouro.sp.gov.br  
**Para:**licitacao@bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, 06 de Julho de 2022

Eu, Sérgio Correia Leite de Moraes, Coordenador do Laboratório Municipal de Bebedouro, venho esclarecer o questionamento feito pela empresa Centerlab, referente ao Edital nº 62/2022 do Pregão Presencial nº 31/202, quanto ao fato de que estão sendo licitados os dois itens, ou seja, 10.800 testes de gasometria e 10.800 seringas testes de gasometria, uma vez que a seringa teste para gasometria é específica para a coleta de sangue para o exame de gasometria, portanto é necessário apresentar proposta, além do equipamento, reagentes e insumos, da seringa com agulha para coleta. Quanto a indagação sobre o item C, foi inserido no edital como uma precaução, pelo fato da vigilância sanitária estar sendo muito rigorosa com controle de qualidade dos laboratórios públicos.

Desde já, agradeço a atenção e me coloco a disposição para maiores esclarecimentos.

Sérgio Correia Leite de Moraes  
Biologista CRBM 31601  
Coordenador Laboratório Municipal

Em face da manifestação exposta, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, o esclarecimento solicitado. Para tanto, segue a devida manifestação à empresa requerente e às demais empresas que porventura tenham retirado o edital em referência comunicando o presente esclarecimento.

Att.



**Divisão de Despesas - Setor de Licitação**  
e-mail: [licitacao@bebedouro.sp.gov.br](mailto:licitacao@bebedouro.sp.gov.br)  
telefone: (17)3345-9100  
ramais: 9116 - 9135 - 9137

Em 05/07/2022 16:38, Licitação Centerlab escreveu:

Boa tarde.

Referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2022 PROCESSO Nº 90/2022 que ocorrerá no dia 14/07/2022. Solicito retorno quanto aos questionamentos abaixo:

**1) É solicitado no objeto - especificação: SERINGA TESTES DE GASOMETRIA em comodato, de 01 (um) aparelho Analisador de Gases Sanguíneos.**

**Questionamento:** É necessário apresentarmos proposta considerando além do equipamento, reagentes e insumos, a seringa com agulha para coleta?

**2) É solicitado no objeto item c) realizar calibração do volume e/ou temperatura dos equipamentos com padrões comparáveis à rede brasileira de calibração – rbc – inmetro a cada 06 meses com emissão do certificado,**

**Questionamento:** Gostaríamos de maiores esclarecimentos quanto a exigência acima, uma vez que não se aplica para utilização em equipamentos de análises de gasometria.

Ficamos no aguardo.



**Deborah Moura**  
Supervisora de Licitações

11 5585 5669 (ramal 210)  
[deborah@centerlabsp.com.br](mailto:deborah@centerlabsp.com.br)  
[www.centerlabsp.com.br](http://www.centerlabsp.com.br)



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).